

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘文景
	职称: 副主任医师
	工作单位: 滁州市第一人民医院
专业人员信息	姓名: 苏凡
	职称: 副主任医师
	工作单位: 滁州市第一人民医院
专业人员信息	姓名: 张明
	职称: 主治医师
	工作单位: 滁州市第一人民医院
项目信息	项目名称: 西门子 CT、DSA 移机服务
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
	供应商地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区英伦路 38 号
拟采购的货物或服务的说明	滁州市第一人民医院型号为 SOMATOM Definition AS 128 于 2010 年投入使用; Artis zee III floor (Upgraded FA_25363) 于 2015 年投入使用。此两台设备均为西门子公司生产的大型精密诊疗设备, 在对病患的治疗中发挥了重大的作用。现北区门诊搬迁, 需要将两台设备移机, 拟采用西门子原厂移机服务, 采用原厂移机服务可确保: 1、原厂移机图像质量保障。2、床体在水平和中心位置上, 并且前后水平一致。3、机架不飘移。4、移机后确保设备符合国家对大型设备每年的检测标准。5、机器前后无大的噪音变化。6、移机后最大限度减少机器剂量变大, 保障患者、医生安全, 符合食品药品监督管理局检测标准, 不存在整改风险。综上所述, 现拟对该两台设备移机采购项目采取单一来源招标方式。
专业人员论证意见	西门子 CT 及 DSA 设备采用原厂移机服务, 可由厂家认证工程师严格按原厂技术规范执行移机及校准调试, 确保移机后图像质量达到出厂标准, 床体在水平和中心位置上且前后水平一致, 机架运行稳定不飘移, 设备各项性能指标符合国家对大型医用设备每年的检测标准, 同时可保证机器前后无大的噪音变化, 防止引发患者投诉, 并可最大限度减少机器剂量变大, 保障患者及医护人员辐射安

	全，符合食品药品监督管理局检测标准，不存在整改风险。综上所述，同意采用西门子原厂移机服务对 CT 及 DSA 设备实施移机。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，本项目拟采用单一来源方式采购。	
专业人员签字		2016 日期年9月21日