单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：	
	职称： 高工	
	工作单位： 滁州一院	
专业人员信息	姓名： 陶良荣	
	职称： 副主任检验师	
	工作单位： 滁州市一院	
专业人员信息	姓名： 张敏	
	职称： 副主任检验师	
	工作单位： 滁州市一院	
项目信息	项目名称：梅里埃全自动细菌鉴定仪扩容	
	供应商名称：滁州康润医疗器械有限公司	
	供应商地址： 安徽省滁州市琅琊区兴隆花园步行街4幢（店铺）50、51、52号	
拟采购的货物或服务的说明	北区检验科目前配备梅里埃全自动细菌鉴定仪1台，承担临床微生物标本的细菌鉴定及药敏检测工作。近年来，随着临床送检标本量持续增长，阳性标本数量同步增多，现有设备15块板的检测容量已不能满足当前工作需要，容易出现标本积压、检测周期延长等问题，影响临床诊疗的及时性。为进一步提升检测通量和效率，拟将现有设备由15块板升级至60块板，满足同时完成30株细菌鉴定和药敏工作的需求。升级后可有效缓解现有工作压力，缩短报告周转时间，更好保障临床检验需求。	
专业人员论证意见	滁州康润医疗器械有限公司是该项目原厂梅里埃在本区域指定授权公司，只有该公司能合法取得正规的零配件并完成本项目售后服务工作。综上所述，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，本项目采用单一来源方式采购，拟定的唯一供应商为滁州康润医疗器械有限公司。	
专业人员签字	陶良荣 张敏	日期2026年1月21日